




静态双脚数据

左脚

面积【mm²】	7137
前/双足【%】	23
前/全足【%】	46
最大压强【gr/%】	196
平均压强【gr/%】	160

面积【mm²】	5391
后/双足【%】	28
后/全足【%】	54
最大压强【gr/%】	290
平均压强【gr/%】	256



右脚

面积【mm²】	6758
前/双足【%】	25
前/全足【%】	51
最大压强【gr/%】	224
平均压强【gr/%】	182

面积【mm²】	5028
后/双足【%】	24
后/全足【%】	49
最大压强【gr/%】	334
平均压强【gr/%】	231

双脚综合数据

左脚总和

面积【mm²】	12529
负荷【%】	51
最大压强【gr/%】	226
平均压强【gr/%】	202

右脚总和

面积【mm²】	11786
负荷【%】	49
最大压强【gr/%】	255
平均压强【gr/%】	204



足弓类型

左脚

足弓指数 23.00%



右脚

足弓指数 22.00%



报告结论

左脚横弓塌陷
右脚横弓塌陷
身体重心过度靠后